

DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS

PRODUCTOS FARMACEUTICOS NO CONFORMES POR RESULTADOS DE CONTROL DE CALIDAD CONSIDERADOS CRÍTICOS
LA DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS HA COMUNICADO ESTE RESULTADO AL TITULAR DEL REGISTRO
SANITARIO Y HA DISPUESTO MEDIDA DE SEGURIDAD SANITARIA

27-feb-15

Nº	PRODUCTO	LOTE	ACTA DE PESQUISA / N° EXPEDIENTE	REGISTRO SANITARIO / NOTIF. SANIT. OBLIGATORIA	FABRICANTE	PAIS	DROGUERIA	RESULTADO ANALITICO	MEDIDA DE SEGURIDAD SANITARIA
1	YER MED (EQUIPO DE MICROGOTERO CON CAMARA GRADUADA) POR 150 ML., BOLSA X 01 UNIDAD	1121394	ACTA N° E1046/1214	R.S. N-01149-IMM	LABORATORIOS YERMEDIC S.A.C.	PERU	LABORATORIOS YERMEDIC S.A.C.	No conforme para el ensayo de regulacion de goteo.	Suspenda la comercialización y/o distribución a nivel nacional mediante la inmovilización de dicho lote.
2	ARTRAMINE CBG CAPSULA BLANDA, CAJA X 60 UNID	2128391	N° 15-009762-1	R.S. DE-1237	PROCAPS S.A.	COLOMBIA	DUPONP S.A.	No cumple con la especificacion tecnica autorizada en su registro sanitario.	Suspenda la comercialización y/o distribución a nivel nacional mediante la inmovilización de dicho lote.
3	EPINEFRINA 1MG/1 ML SOLUCION INYECTABLE, CAJA X 50 AMP.	121025	N° 273-2013	R.S. EG-4874	SHANDONG SHENGLU PHARMACEUTICAL CO.,LTD	CHINA	PHARMAGEN S.A.C.	No conforme para el ensayo de contenido.	Suspenda la comercialización y/o distribución a nivel nacional mediante la inmovilización de dicho lote.

