

RESULTADOS DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS HA COMUNICADO ESTE RESULTADO AL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y HA DISPUESTO LA MEDIDA DE SEGURIDAD SANITARIA SEGÚN CORRESPONDA.

N°	PRODUCTO	LOTE	ACTA DE PESQUISA/N° DE EXPEDIENTE	REGISTRO SANITARIO/ NOTIF. SANIT. OBLIGATORIA	FABRICANTE	PAIS	DROGUERÍA	RESULTADO ANALÍTICO/ MOTIVO	MEDIDA DE SEGURIDAD SANITARIA
1	NAPROXENO SODICO 550 MG (Tableta Recubierta)	10217116	ACTA N° 008-2016 – DMID CUSCO	NG-3607	LABORATORIOS FARMINDUSTRIA. S.A.	PERU	LABORATORIOS FARMINDUSTRIA. S.A.	Cumple con las especificaciones técnicas autorizadas en su Registro Sanitario	No aplica
2	CATÉTER DE SUCCION ENDOTRAQUEAL 16FR/CH-40 CM	20160727	ACTA N° 01037-2016	DM0131E	CHANGZHOU WEITE MEDICAL EQUIPMENT Co. Ltd.	CHINA	IMPORTADORA DROGUERIA CASA SALAZAR S.A.C.	No conforme para el ensayo de esterilidad	Suspenda la comercialización y/o distribución a nivel nacional mediante la inmovilización de dicho lote.
2	CATÉTER DE SUCCION ENDOTRAQUEAL 14FR/CH-40 CM	20160727	ACTA N° 01036-2016-ER	DM0131E	CHANGZHOU WEITE MEDICAL EQUIPMENT Co. Ltd.	CHINA	IMPORTADORA DROGUERIA CASA SALAZAR S.A.C.	No conforme para el ensayo de esterilidad	Suspenda la comercialización y/o distribución a nivel nacional mediante la inmovilización de dicho lote.
3	CLARITROMICINA 500 MG. (Tableta Recubierta).	1041115	ACTA N° 001-2016 DMID CUSCO	EN-00495	LABORATORIOS AC FARMA S.A.C.	PERU	LABORATORIOS AC FARMA S.A.C.	Cumple con las especificaciones técnicas autorizadas en su Registro Sanitario	No aplica
4	PARACETAMOL 500 MG. (Tableta).	10202066	ACTA N° 008-2016 DMID CUSCO	NG-2895 (EN-04550)	CIFARMA S.A.	PERU	QUIMICA SUIZA S.A.	Cumple con las especificaciones técnicas autorizadas en su Registro Sanitario	No aplica
5	ESOPRAN 40 mg. (Tableta Recubierta de Liberación retardada).	M151137	ACTA N° 006-2016 DMID CUSCO	E-18885 (EE-04472)	THE MADRAS PHARMACEUTICALS	INDIA	NORDIC PHARMACEUTICALS COMPANY S.A.C.	Cumple con las especificaciones técnicas autorizadas en su Registro Sanitario	No aplica
6	ISODILAN 10 MG/2ML (SOLUCION INYECTABLE)	E4602	ACTA N° 739-2016	E-14091	KLONAL S.R.L.	ARGENTINA	SARMIENTO CCOSCCO AGRIPINO S.A.C.	No conforme para el ensayo de pH	Suspenda la comercialización y/o distribución a nivel nacional mediante la inmovilización de dicho lote.

